

ANEXO TÉCNICO
ANEXO I
Licitación Pública Nacional
Nº30001072-04-2026
Servicio integral para el suministro de oxígeno medicinal.

| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIÓN |
|-----|--|----------|------------------|----------------|
| 1. | USO DIARIO DE CILINDROS 10,000 LITROS DE OXÍGENO (IGUAL A 10 METROS CÚBICOS) QUE INCLUYE REGULADOR DE OXÍGENO, VASO HUMIFICADOR DESECHABLE Y CÁNULA NASAL DESECHABLE) | 1 | PIEZA | DÍA/PACIENTE |
| | SERVICIO DE RECARGA DE CILINDRO DE 10,000 LITROS | 1 | LITRO | RECARGA |
| 2. | USO DIARIO DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO CON FLUJO DE 0 A 5 LT. Y DE 0 A 10 LT. POR MINUTO QUE INCLUYE CILINDRO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS (COMO RESERVA) EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EN CASO DE QUE FALTE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE COBRARÁ EN CASO DE SER USADO. | 1 | PIEZA | DÍA/PACIENTE |
| | SERVICIO DE RECARGA DE CILINDRO DE 10,000 LITROS | 1 | LITRO | RECARGA |
| 3. | SERVICIO DIARIO DE CPAP (INCLUYE UNA MASCARILLA POR CONTRATO) | 1 | PIEZA | DÍA/PACIENTE |
| 4. | SERVICIO DIARIO DE BPAP (INCLUYE UNA MASCARILLA POR CONTRATO) | 1 | PIEZA | DÍA/PACIENTE |
| 5. | RECARGA DE CILINDRO DE 248 LTS. | 1 | LITRO | RECARGA |
| | RECARGA DE CILINDRO DE 415 LTS. | 1 | LITRO | RECARGA |
| | RECARGA DE CILINDRO DE 682 LTS. | 1 | LITRO | RECARGA |
| | USO DIARIO DE CILINDRO 682 LTS. | 1 | PIEZA | DÍA/PACIENTE |
| | RECARGA DE CILINDRO DE 1,725 LTS. | 1 | LITRO | RECARGA |
| | RECARGA DE CILINDRO DE 2,200 LTS. | 1 | LITRO | RECARGA |
| | RECARGA DE CILINDRO DE 3,450 LTS. | 1 | LITRO | RECARGA |
| 6. | PRUEBA HIDRÁULICA | 1 | SERVICIO | ESTUDIO |
| 7. | LAVADO Y SECADO | 1 | SERVICIO | ESTUDIO |
| 8. | SERVICIO DE ASPIRADOR DE SECRECIONES | 1 | SERVICIO | DÍA/PACIENTE |

Vo. Bo.

ELABORÓ

DR. RICARDO FERNANDO ZÚÑIGA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES.

DRA. BERENICE MONTSERRATH MENDOZA PACHECO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS