


**ANEXO TÉCNICO PARA  
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DENTAL**

<b>UNIDAD DE GOBIERNO:</b> SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
<b>ÁREA REQUIRIENTE:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	<b>PARTIDA FEDERAL:</b> 25401
	<b>PARTIDA ESTATAL:</b> 2541

**ÍNDICE DE ANEXO TÉCNICO**

- ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS
- ANEXO 1.2 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS
- ANEXO 1.3 FORMATO PARA SEGUIMIENTO A REPORTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA SALUD
- ANEXO 1.4 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN
- ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS



<b>UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541</b>
<b>ANEXO TÉCNICO</b>	<b>FOLIO DMTI: 041-2026</b>

**1. DESCRIPCIONES DE LOS BIENES:**

LA DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES SE DEBERÁ AJUSTAR A LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DETALLA EN EL ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE ANEXO; ASÍ MISMO SE DEBERÁ AJUSTAR A LOS REQUERIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

1. LOS BIENES REQUERIDOS DEBERÁN DE SER DE IGUALES O DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DEBIENDO, ADEMÁS, CONSIDERAR LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN TODAS LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, EN CASO DE QUE HUBIERA.

**2. VIGENCIA DEL CONTRATO:**

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.

**3. LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA:**

**3.1. LUGAR DE ENTREGA:**

ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE DEL FRESNO # 408, COLONIA ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06450, CDMX.

EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR EL 30% DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y EL 70% (SETENTA POR CIENTO) RESTANTE SE ENTREGARÁ A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y/O DEL ALMACÉN CENTRAL. EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS.

CUANDO LA CANTIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOLICITADA SEA MENOR A 100 UNIDADES, LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE EN SU TOTALIDAD, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SERÁ REALIZADA POR EL ALMACÉN CENTRAL DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1.4 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y EN LAS DIRECCIONES DEL SIGUIENTE LISTADO:

UNIDAD MÉDICA		DIRECCIÓN
UNIDAD MÉDICA EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE	RPVN	CALLE JAIME NUNÓ NO.155, COL. CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. C.P. 07210
UNIDAD MÉDICA EN EL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL NORTE	CESPVN	CALLE MORELOS S/N, COL. CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. C.P. 07210
UNIDAD MÉDICA EN EL CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA I	CEVASEP I	AVENIDA TECNOLÓGICO NO. 160, COL. CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. C.P. 07210
UNIDAD MÉDICA EN EL CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA II	CEVASEP II	AVENIDA ESTADO DE MÉXICO NO. 51, COL. CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. C.P. 07210
UNIDAD MÉDICA EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR	RPVS	CIRCUITO JAVIER PIÑA Y PALACIOS Y CIRCUITO MARTÍNEZ CASTRO S/N, COL. SAN MATEO XALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO. C.P. 16800
UNIDAD MÉDICA EN EL CENTRO VARONIL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL	CEVAREPSI	JAVIER PIÑA Y PALACIOS S/N, ESQ. MARTÍNEZ CASTRO, COL. SAN MATEO XALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO. C.P. 16800
RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE	RPVO	REFORMA ORIENTE NO.100, COL. SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA. C.P. 09900
UNIDAD MÉDICA EN EL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL ORIENTE	CESPVO	CANAL DE GARAY S/N, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09900
UNIDAD MÉDICA EN LA PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PENITENCIA RIA	CALZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N, COL. SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA. C.P. 09510
UNIDAD MÉDICA DEL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL STA. MARTHA	CFRSSMA	CALZADA ERMITA IZTAPALAPA NO.4037, COL. SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA. C.P. 09560

<b>UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541</b>
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

<b>ANEXO TÉCNICO</b>	<b>FOLIO DMTI: 041-2026</b>
----------------------	-----------------------------

UNIDAD MÉDICA DEL CENTRO VARONIL DE REINSECCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA	<b>CEVARESO</b>	CALLE MORELOS S/N, COL. PARAJE ZACATEPEC, ALCALDÍA IZTAPALAPA. C.P. 09560
UNIDAD MÉDICA DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO PARA ADOLESCENTES	<b>CEIPA</b>	CALLE PETÉN S/N COL. NARVARTE ORIENTE, ALCALDÍA BENITO JUAREZ. C.P. 03023
UNIDAD MÉDICA DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA MUJERES ADOLESCENTES	<b>CEMA</b>	AVENIDA PERIFÉRICO SUR NO. 4866, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA TLALPAN. C.P. 14388
UNIDAD MÉDICA EN EL CENTRO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES DR. ALFONSO QUIROZ CUARÓN	<b>CEA-QC</b>	CALLE PETÉN S/N COL. NARVARTE ORIENTE, ALCALDÍA BENITO JUAREZ. C.P. 03023
UNIDAD MÉDICA DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES "SAN FERNANDO"	<b>CEA-SF</b>	AVENIDA SAN FERNANDO NO. 1, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN. C.P. 14050

**3.2. CONDICIÓN DE ENTREGA:**

EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ADJUDICADOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA **NOM-137-SSA1-2008 ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.**

**3.3. CADUCIDAD DEL BIEN:**

DIECIOCHO MESES COMO MINIMO AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

**4. GARANTÍA DE LOS BIENES:**

SE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, **CARTA EN PAPEL MEMBRETADO**, FIRMADA **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** POR EL REPRESENTANTE LEGAL, MEDIANTE LA CUAL SE GARANTICE QUE LOS BIENES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN SE ENCUENTRAN **LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS** QUE PUEDAN IMPEDIR SU CORRECTO USO Y DESEMPEÑO **DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO** A PARTIR DE SU ENTREGA Y A **ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

EN CASO DE QUE SE PRESENTEN **REPORTES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS O RECHAZO DE LOS MISMOS**, EL OFERENTE SE OBLIGA A REPONERLOS CON BIENES DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO **48 HORAS** CONTADAS A PARTIR DEL DÍA Y HORA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE SIN CARGO ADICIONAL NI RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

**5. RECHAZO DE LOS BIENES:**

DURANTE LA ENTREGA, PERÍODO DE GARANTÍA Y/O VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PERSONAL DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y/O PERSONAL DEL ALMACÉN CENTRAL, PODRÁN RECHAZAR LOS BIENES CUANDO SE APRECIEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN IMPEDIR SU CORRECTO USO Y DESEMPEÑO Y CUANDO NO CUMPLAN CON LO INDICADO EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO".

LOS BIENES RECHAZADOS NO SE CONSIDERARÁN COMO ENTREGADOS, POR LO QUE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE TENGA COMO LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, CORRERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES, HASTA EN TANTO NO SE CONCLUYA LA ENTREGA DE DICHS BIENES, A **ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE.**

**6. MUESTRAS:**

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS POR CADA UNO DE LOS BIENES OFERTADOS DESCRITOS EN EL **ANEXO 12 ENTREGA Y EVALUACIÓN**, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS ÚNICAMENTE PARA FINES DE EVALUACIÓN TÉCNICA, EN FECHA Y HORARIO SEGÚN SE INDIQUE, DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EL **ANEXO 1.2 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS**, EN EL QUE DEBERÁN SOLICITAR LA FIRMA Y SELLO DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE SIGNADO, SELLADO Y PRESENTADO EN

<b>UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541</b>
<b>ANEXO TÉCNICO</b>	<b>FOLIO DMTI: 041-2026</b>
<p>ORIGINAL JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA , DE NO INTEGRARLO SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA PRESENTADA.</p> <p>LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS PARA SU IDENTIFICACIÓN, INDICANDO NÚMERO DE PARTIDA, NOMBRE DEL OFERENTE, CLAVE, DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO-Y/O CATÁLOGO Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.</p> <p><b>PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) COINCIDENCIA CON FICHA TÉCNICA</li> <li>b) INTEGRIDAD DEL EMPAQUE</li> <li>c) IDENTIFICACIÓN DE MARCA</li> <li>d) AUSENCIA DE DEFECTOS VISIBLES</li> <li>e) CALIDAD DEL MATERIAL</li> </ul> <p>LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZARÁ BAJO EL CRITERIO DE <b>CUMPLE O NO CUMPLE</b> RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.</p> <p>EL REGISTRO DE OFERENTES SERÁ LLEVADO EN EL PISO 21, EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, EL OFERENTE DEBERÁ REGISTRARSE ANOTANDO RAZÓN SOCIAL, NOMBRE, FECHA, HORA Y FIRMA.</p> <p>EL HORARIO PARA EL REGISTRO SERÁ A PARTIR DE LAS 10 AM HASTA LAS 12 HRS DEL DÍA, <b>DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO NO SE PERMITIRÁ EL REGISTRO Y POR ENDE NO PODRÁN ENTREGAR MUESTRAS.</b></p> <p>EL PERSONAL DE LA DMTI ASIGNADO AL REGISTRO, DARÁ ACCESO EN EL ORDEN EN QUE SE VAYAN REGISTRANDO, EL ACCESO SERÁ DE UN OFERENTE A LA VEZ.</p> <p>LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS SERÁ ACOMPAÑADA CON EL SELLO DEL <b>ANEXO 1.2. ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS.</b></p> <p>LAS MUESTRAS SERÁN EVALUADAS POR PROFESIONALES DE LA SALUD DESIGNADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA DMTI, REGRESÁNDOSE DESPUÉS DE CONCLUIR LA EVALUACIÓN, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS QUE SE CITAN EN ESTE APARTADO.</p> <p><b>7. CONSTANCIA DE MUESTRAS:</b> ENTREGAR EN ORIGINAL EL <b>ANEXO 1.2 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS</b> DEBIDAMENTE REQUISITADO CON NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS. EN CASO DE NO ANEXARLO SE DESECHARÁ LA PROPUESTA</p> <p><b>8. PROPUESTA TÉCNICA</b> <b>LA PROPUESTA TÉCNICA SERA MIXTA; IMPRESA Y ELECTRÓNICA:</b> EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES ANEXOS: <b>ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS</b>, ASÍ COMO: <b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA.</b> EN FORMATO ELECTRÓNICO EXCEL EDITABLE, PDF E IMPRESO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE, Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL NO PRESENTARLOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.</p> <p>SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ANEXOS: <b>ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS</b> SEA LA MISMA EN LOS TRES FORMATOS (EXCEL, PDF E IMPRESO) ASÍ COMO EL <b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA.</b></p> <p>EL <b>ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS</b>, DEBERÁ REQUISITARSE CONFORME A SU INSTRUCTIVO DE LLENADO Y EN CUMPLIMIENTO CON LOS ANEXOS: <b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA.</b></p>	

<b>UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541</b>
<b>ANEXO TÉCNICO</b>	<b>FOLIO DMTI: 041-2026</b>
<p>• <b>PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA ELECTRÓNICA:</b></p> <p>EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EN UNA USB SOLAMENTE LA PROPUESTA ELECTRÓNICA HIPERVINCULADA EN EL <b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA Y ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS</b>. EN FORMATO EXCEL EDITABLE Y PDF.</p> <p>PARA EL <b>ANEXO 19 "FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS"</b> EN EL APARTADO III <b>DOCUMENTACIÓN</b> LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, DEBERÁN ESTAR HIPERVINCULADOS EN EL DOCUMENTO EN EXCEL EDITABLE</p> <p><b>PARA LAS FICHAS TÉCNICAS:</b></p> <p>CADA PUNTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN EN LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO, DONDE SE ESTÁ REFERENCIANDO EL PUNTO (NUMERAL) DE LO SOLICITADO EN EL <b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA Y ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS</b>, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONSTARÁ COMO CARACTERÍSTICA NO CUMPLIDA Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA. SE DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA(S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES.</p> <p>TODOS LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LO SOLICITADO EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ELECTRÓNICO DEBEN ESTAR COMPLETOS, SER ORIGINALES Y EMITIDOS POR EL FABRICANTE.</p> <p>LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL APARTADO "<b>DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS</b>" COMO SON LOS REGISTROS SANITARIOS, PRORROGAS, COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS, CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO O COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CERTIFICADOS, CARTA DE APOYO, DEBERÁN ESTAR HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS EN LOS ANEXOS; <b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA</b>.</p> <p><b>NOTA: LA SECRETARÍA NO SE HACE RESPONSABLE SI: LA USB TIENE VIRUS, NO SE PUEDEN ABRIR LOS ARCHIVOS, ESTA VACÍA, CONTIENE INFORMACIÓN INCOMPLETA.</b></p> <p>• <b>PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA IMPRESA:</b></p> <p><b>PROPUESTA TÉCNICA IMPRESA:</b></p> <p>SE ENTREGARÁ IMPRESO EL <b>ANEXO 19 "FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS"</b> Y SIGNADO AUTOGRAFAMENTE POR SU REPRESENTANTE LEGAL, SE DEBERÁN ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL ANEXO 19 EN COPIA SIMPLE U ORIGINALES SEGÚN APLIQUE, FIRMADOS AUTOGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><b>FICHAS TÉCNICAS IMPRESAS:</b></p> <p>LOS <b>ANEXOS 1.1 FICHA TÉCNICA Y ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS</b>. DEBERÁN IMPRIMIRSE DE LA PROPUESTA ELECTRÓNICA EN FORMATO PDF Y SIGNARSE AUTOGRAFAMENTE POR SU REPRESENTANTE LEGAL.</p> <p>SOLO SE IMPRIMIRÁN LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN SOLICITADA, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONSTARÁ COMO CARACTERÍSTICA NO CUMPLIDA Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA. SE DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA(S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES.</p> <p>PARA EL <b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA</b>, DEBERÁN SER LOS MISMOS DOCUMENTOS QUE SE HIPERVINCULARON EN EL APARTADO "II. <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS DE LOS BIENES: <u>CARACTERÍSTICAS OFERTADAS</u></b>". EL NO PRESENTARLOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.</p> <p>SE PRESENTARÁN COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS, PRORROGAS, COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS, CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO O COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,</p>	

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541

ANEXO TÉCNICO

FOLIO DMTI: 041-2026

CERTIFICADOS, LA CARTA DE APOYO SE INTEGRA EN ORIGINAL, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE SOLICITADOS EN EL PUNTO 7.4 CARTA DE APOYO DE FABRICANTE SEGÚN LE APLIQUE.

**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

**9. NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES:**

EL OFERENTE PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE MANIFIESTE QUE EL BIEN OFERTADO SE APEGUE A LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 9.1. **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2025** ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
- 9.2. **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012**, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA.
- 9.3. **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2025**, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

**10. CERTIFICADOS APLICABLES:**

**REGISTRO SANITARIO:**

- I. **REGISTRO SANITARIO VIGENTE** EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, ANVERSO Y REVERSO. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y 190-BIS 6 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD.
- II. **REGISTRO SANITARIO VENCIDO** EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN COMPLETA, SE DESECHARÁ LA PROPUESTA:
  - a. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA.
  - b. COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.
  - c. COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE SOLICITUD DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS
  - d. CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA.

**NOTA:** LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DEBERÁN PERMANECER VIGENTE DURANTE EL CONTRATO.

- III. CUANDO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE NO REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS O PRESENTAR COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA **07 DE JULIO DE 2025** DONDE SE PUBLICÓ ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO MISMO QUE DEBERÁ SER REFERENCIADO EN EL LISTADO PUBLICADO.

**CERTIFICADOS DE CALIDAD**

**CERTIFICADOS PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL:**



- I. REGISTROS INTERNACIONALES DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN: FDA O CE O JIS



<b>UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541</b>
<b>ANEXO TÉCNICO</b>	<b>FOLIO DMTI: 041-2026</b>
<p>II. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO: ISO 13485:2016</p> <p><b>CERTIFICADOS PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL:</b></p> <p>III. COPIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EXPEDIDO POR COFEPRIS: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.</p> <p><b>11. OBLIGACIONES DE LA ADQUISICIÓN:</b>          ESCRITO FIRMADO POR EL PARTICIPANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:</p> <p>1) LA CADUCIDAD MÍNIMA DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS AL MOMENTO DE SU ENTREGA DEBERÁ SER DE DIECIOCHO MESES. EL OFERENTE SE COMPROMETE, MEDIANTE CARTA FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, A SUSTITUIR SIN COSTO CUALQUIER DISPOSITIVO MÉDICO QUE NO SE HAYA CONSUMIDO Y QUE SE ENCUENTRE PRÓXIMO A SU FECHA DE CADUCIDAD, CON AL MENOS DIEZ DÍAS NATURALES A DICHA FECHA.</p> <p>LA REPOSICIÓN DEBERÁ REALIZARSE CON DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CUENTEN CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE DOCE MESES POSTERIORES, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA.</p> <p>2) A PROPORCIONAR <b>TALLERES DE APLICACIONES</b> EN CASO DE QUE CUALQUIER UNIDAD MÉDICA LO SOLICITE, EL CUAL DEBERÁ SER IMPARTIDA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA, EL TALLER DE APLICACIONES SE REALIZARÁ PREVIA COORDINACIÓN, LAS VECES QUE SE REQUIERA EN LOS DÍAS Y HORARIOS QUE LA UNIDAD MÉDICA LO NECESITE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p> <p>3) A PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DE TECNOVIGILANCIA AL PERSONAL USUARIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ASÍ CON EL GESTIÓN DE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA DEL OFERENTE ADJUDICADO, EN CASO DE SER SOLICITADO POR EL CENTRO INSTITUCIONAL COORDINADOR DE FARMACOVIGILANCIA O LA UNIDAD HOSPITALARIA.</p> <p><b>12. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE:</b>          EL OFERENTE PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA CARTA O CARTAS SEGÚN APLIQUE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p><b>12.1. SI EL OFERENTE ES FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO:</b>          CARTA DE APOYO SOLIDARIO ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE, DONDE RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>12.2. SI EL OFERENTE ADQUIERE DIRECTAMENTE AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO (DISTRIBUIDOR PRIMARIO):</b></p> <p>12.2.1. CARTA DE APOYO SOLIDARIO EN PAPEL MEMBRETADO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN,  <b>ASÍ COMO</b></p> <p>12.2.2. CARTA ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE Y /O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE CONSTE QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.</p> <p><b>12.3. SI EL OFERENTE ADQUIERE A DISTRIBUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA A UN "DISTRIBUIDOR PRIMARIO"</b></p> <p>12.3.1. CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL "DISTRIBUIDOR PRIMARIO" RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, <b>Y ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS</b></p>	

<b>UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541</b>
<b>ANEXO TÉCNICO</b>	<b>FOLIO DMTI: 041-2026</b>
<p><b>PROBATORIOS DE QUE EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO REALIZA SUS COMPRAS DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.</b></p> <p>12.3.1.1. CARTA ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DONDE CONSTE QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. O</p> <p>12.3.1.2. DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DEL ACUERDO O CONTRATO DE LA ASIGNACIÓN COMO DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO POR PARTE DEL FABRICANTE.</p> <p>LAS CARTAS DE APOYO DEBEN INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO SEGÚN LE APLIQUE:</p> <p><b>PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS:</b> "SE MANIFIESTA QUE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SE ENTREGARÁN CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL <b>ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA</b>" DE ESTE PROCEDIMIENTO (NÚMERO DE PROCEDIMIENTO). DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL OFERENTE) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DEL SUMINISTRO Y CANJE DE ESTOS. ADEMÁS, QUE SE ENTREGARAN DEBIDAMENTE EMBALADOS Y EMPACADOS. EL EMPAQUE SERÁ EL QUE GARANTICE SU CALIDAD, INTEGRIDAD, CONSERVACIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA".</p> <p><b>SE DEBE ANEXAR UNA CARTA DE APOYO POR MARCA</b></p> <p><b>13. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA</b> EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR AL MENOS UN CONTRATO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO EN FORMATO PDF, QUE SE HAYA CELEBRADO CON INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A DOS AÑOS. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS BIENES HAYAN SIDO ENTREGADOS POR UN TERCERO.</p> <p><b>14. TECNOVIGILANCIA:</b> COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA A NOMBRE DEL OFERENTE EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA <b>NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA"</b>.</p> <p><b>15. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS:</b> LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OFERTADOS.</p> <p><b>16. AVISO DE FUNCIONAMIENTO:</b> EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL OFERENTE COMO DISTRIBUIDOR PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, EXPEDIDO POR COFEPRIS.</p> <p><b>17. CADUCIDAD Y DESVÍOS DE CALIDAD:</b> CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE COMPROMETE A QUE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS TENDRÁN UNA CADUCIDAD NO MENOR A 18 MESES, ASIMISMO QUE ESTARÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD QUE IMPIDAN SU USO Y/O CONSUMO, SEGURIDAD Y EFICACIA DE LOS MISMOS POR UN PERIODO DE 12 MESES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN FORMAL.</p> <p>EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS DATOS DE CONTACTO DIRECTO DE LA(S) PERSONA(S) QUE RECIBIRÁN LOS REPORTES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS Y DESVÍOS DE CALIDAD, CONTENIENDO NOMBRES COMPLETOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DISPONIBLES LAS 24 HORAS DEL DÍA, MEDIANTE LOS CUALES RECIBIRÁN Y BRINDARÁN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REPORTES POR MALA CALIDAD.</p>	

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541
ANEXO TÉCNICO	FOLIO DMTI: 041-2026
<p>QUE EN CASO DE QUE SE PRESENTEN REPORTE DE DESVÍO DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS RECURRENTE DE ALGUNO DE LOS BIENES (MAS DE 3 REPORTE EN UN MES), A QUE LA SEDESAPU PODRÁ SOLICITAR EL CAMBIO FÍSICO DEL BIEN O DEL LOTE EN UN PLAZO NO MAYOR A 48 HORAS, PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS, UNA VEZ AUTORIZADO EL CANJE O SUSTITUCIÓN EL OFERENTE DEBERÁ REQUISITAR EL <b>ANEXO 1.3 "FORMATO PARA SEGUIMIENTO A REPORTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA SALUD"</b>, OBTENIENDO EL VISTO BUENO POR PARTE DE LA UNIDAD MÉDICA Y DEBERÁ ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS NATURALES DEBIDAMENTE REQUISITADO, SEÑALANDO EL NUMERO DE OFICIO O REPORTE DE MALA CALIDAD.</p> <p><b>18. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN COORDINACIÓN CON ALMACÉN CENTRAL.</p>	

<p style="text-align: center;">ELABORÓ</p>  <p style="text-align: center;"><b>T. R. MOISÉS GONZÁLEZ MARTÍNEZ</b> J.U.D. DE MATERIAL DE CURACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZA</p>  <p style="text-align: center;"><b>Q. F. B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY</b> DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**PENAS CONVENCIONALES**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DE REPORTAR INCUMPLIMIENTO A DRMAS	PORCENTAJE A APLICAR
CUANDO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS NO SE LLEVE A CABO EN EL PERIODO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL ANEXO TÉCNICO.	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PERIODO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL.	1% SOBRE EL COSTO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS O RECHAZADOS.
POR NO LLEVAR A CABO EL REPLAZO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS REPORTADOS POR MALA CALIDAD O NO CORRESPONDIENTES A LO SOLICITADO.	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO, A PARTIR DE QUE SE EXCEDAN LAS 24 HORAS DE TOLERANCIA.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS LEGALES Y DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL.	10% SOBRE EL COSTO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS O RECHAZADOS.

**LAS PENAS CONVENCIONALES NO EXCEDERÁN DEL 10 % DEL MONTO DEL CONTRATO, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.**



**ANEXO 1.1 FICHA TÉCNICA**

**USAR EL FORMATO FICHAS TÉCNICAS DE  
DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EXCEL  
EDITABLE, PROPORCIONADA POR LA  
CONVOCANTE RESPETANDO EL  
FORMATO.**

**PARA LA ELABORACIÓN DE SU  
PROPUESTA DE LA FICHA TÉCNICA,  
DEBERÁ USAR EL MISMO ARCHIVO  
ENTREGADO A SU REPRESENTADA.**

**DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL  
ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO".**

ANEXO 1.1

FICHAS TÉCNICAS

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS

FOLIO DMTI: 041-2026  
PARTIDA FEDERAL: 2141  
VERSIÓN: 2024

LISTA DEL OFERTANTE

II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS Y OFERTADAS

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS		CARACTERÍSTICAS OFERTADAS		DOCUMENTOS, INGENIEROS Y REFERENCIADOS			
CÓDIGO DE MATERIALES	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	CÓDIGO DE MATERIALES	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	REGISTRO SANITARIO	CARTA DE FOPDO	CERTIFICACIONES	REFERENCIAS A LA TÉCNICA
1	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA SPRAY 450 ML	8030165501	88				
2	AGUAS DENTAL TIPO CARPALE DESECHABLE, LONJITUD: 70-25 MM CALIBRE: 30 G TAMAÑO CURVA.	800800804	88				
3	ALAMBRE TRENZADO 0.015 MM (10 ALAMBRES EN CADA TUBO).	SC	22				
4	ALAMBRE TRENZADO 0.17 MM (10 ALAMBRES EN CADA TUBO).	SC	22				
5	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CÁRIES PASTILAS EN ENVASE DE 450 ML.	8030845000	22				
6	BANDEJA BLANCO DE FLUORURO DE SODIO AL 1% CON TICALCO FOFANO X 30 UNIDADES EN SACHET CERRADO, QUE INCLUYE EN SU INTERIOR EL FLUOR Y UN CUBIERTO DE ENGLANDIA Y 1% DE SODA BENZOATO EN UN ENVASE DE 500 ML.	8009640504	97				
7	CUBIERTO DE ENGLANDIA Y 1% DE SODA BENZOATO EN UN ENVASE DE 500 ML.	806286012	22				
8	ANTISÉPTICO PARA CONDUCTOS RADICULARES PARAMONOCILORFENOL PRISTICO CON TUBO DE LUBRIDO.	800945509	22				
9	APLICADOR DE PLÁSTICO DESECHABLE PARA MATERIALES ADHESIVOS, BARNICES U OTRAS SOLUCIONES DE USO DENTODIAGNÓSTICO. LA FIBRA NO DEBE SER ELASTICIZADA, LAS FIBRAS NO ASORBENTES Y QUE NO SE DESPRENDAN DEL INSTRUMENTO AL SER DE ANCHURAS. LOS LIQUIDOS SON RETENIDOS ENTRE LAS FIBRAS HASTA SU APLICACIÓN MEDIANO.	SC	92				
10	BARBEROS DE TELA TEJIDA DE RAYON, ANATOMICO, TAMAÑO UNICO.	800100001	14,099				
11	BARRA METALICA DE ERICK PARA PERFORACION INTERDENTARIA	803132057	22				
12	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL, HECHA DE PLÁSTICO DESECHABLE, CON CINTA SUFICIENTE QUE PERMITA EL USO COMBINADO DE OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO GOGLES, GAFAS, OTRA PROTECCIÓN PERSONAL, QUE CURVA COMPLETAMENTE LOS LADOS Y LONGITUD DE LA CARA, BANDA DE AJUSTE PERSONALIZADA Y QUE PERMITA AJUSTE PERSONALIZADO Y QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO DE LA BANDA, QUE SEAN RESISTENTES A LA LAVADO Y SIN DAÑARSE REUTILIZABLE.	SC	40				
13	RESTAURADOR PARA CAVIDADES PROFUNDAS TIPO II (NÚMERO DE VIDRIO IONÓMERO) SUCILCADO DE ALUMINO 95% 7% ACIDO POLIACRILICO 3%-5%. LIQUIDO: 10 G, 8 ML, 4 ML, 2 ML, 1 ML, 0.5 ML, 0.2 ML, 0.1 ML, 0.05 ML, 0.02 ML, 0.01 ML, 0.005 ML, 0.002 ML, 0.001 ML.	803182013	44				
14	CEMENTOS DENTALES PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA, RESTAURADOR DE USO INTERMEDIO PARA COLOCACIÓN DE ANILLOS DENTALES, LUDOX 14 ML CON CONTENEDOR DE PLÁSTICO.	803182018	46				
15	CEMENTOS, (NÚMERO DE VIDRIO CON ALEACIÓN DE LIMPIADURA DE PLATA, POLVO POLIACRILICO 3%-5%, LIQUIDO: 10 G, 8 ML, 4 ML, 2 ML, 1 ML, 0.5 ML, 0.2 ML, 0.1 ML, 0.05 ML, 0.02 ML, 0.01 ML, 0.005 ML, 0.002 ML, 0.001 ML).	803182014	48				

Handwritten signature or mark.







### ANEXO 1.2 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES DE CADA UNO DE LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPE, MISMAS QUE DEBERÁN CORRESPONDER A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. PARA TAL EFECTO, DEBERÁ OBSERVAR Y CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

IDENTIFICAR LAS MUESTRAS CON UNA ETIQUETA INDICANDO:

- NOMBRE DE LA EMPRESA.
- NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- NÚMERO DE RENGLÓN Y DESCRIPCIÓN MARCA Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.

LA ETIQUETA DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ADHERIDA A LA MUESTRA, DERIVADO QUE EL ÁREA USUARIA NO SE HARÁ RESPONSABLE SI EN LA EVALUACIÓN NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA LA MUESTRA.

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LAS MUESTRAS CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DICHAS MUESTRAS DEBERÁN INDICAR EN EL EMPAQUE PRIMARIO Y/O SECUNDARIO LAS CARACTERÍSTICAS CON LA FINALIDAD DE NO TENER QUE ABRIR LOS MISMOS.

EL NO PRESENTAR MUESTRAS Ó PRESENTAR MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, Ó PRESENTARLAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

#### RELACIÓN DE MUESTRAS

No.	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS, O SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	060.016.SS01	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	FRASCO SPRAY 400 ML	1	
2	060.040.8041	AGUJAS DENTAL. TIPO CARPUL. DESECHABLE. LONGITUD. 20-25 MM CALIBRE. 30 G TAMAÑO. CORTA.	ENVASE CON 100 PIEZAS	1	
3	S/C	ALAMBRE TRENZADO. 0.015 MM. (10 ALAMBRES EN CADA TUBO).	TUBO	1	
4	S/C	ALAMBRE TRENZADO. 0.017 MM. (10 ALAMBRES EN CADA TUBO).	TUBO	1	
6	060.066.0634	BARNIZ BLANCO DE FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TCP (TRICALCIO FOSFATO) X 50 UNIDOSIS. CONTENIDO: LA CAJA INCLUYE 50 UNIDOSIS EN SACHET CERRADO, QUE INCLUYE EN SU INTERIOR EL FLÚOR Y UN PINCEL DE APLICACIÓN.	SET	1	
7	060.286.0132	CLORURO DE BENZALCONIO AL 12 %. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE BENZALCONIO 12 G. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G.	ENVASE CON 500 ML.	1	
8	060.066.SS09	ANTISÉPTICO PARA CONDUCTOS RADICULARES, PARAMONOCLOROFENOL. FRASCO CON 9ML DE LÍQUIDO.	FRASCO C/9ML.	1	
9	S/C	APLICADOR DE PLÁSTICO DESECHABLE PARA MATERIALES ADHESIVOS, BARNICES U OTRAS SOLUCIONES DE USO ODONTOLÓGICO. LA PUNTA ES ESFÉRICA, CONFORMADA POR FIBRAS NO ABSORBENTES Y QUE NO SE DESPRENDEN DEL INSTRUMENTO AL UTILIZARLO. EL CUELLO ES FLEXIBLE Y FÁCIL DE ANGULAR. LOS LÍQUIDOS SON RETENIDOS ENTRE LAS FIBRAS HASTA SU APLICACIÓN. MEDIANO.	ENVASE CON 100 APLICADORES	1	
12	060.154.0016	CARETA PARA PROTECCIÓN FACIAL, HECHA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON ESPACIO SUFICIENTE QUE PERMITA EL USO COMBINADO CON OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR EJEMPLO, PROTECTOR RESPIRATORIO O ANTEOJOS GRADUADOS. QUE CUBRA COMPLETAMENTE LOS LADOS Y LONGITUD DE LA CARA. BANDA CON AJUSTE PARA LA FRENTE Y CABEZA QUE PERMITA AJUSTE PERSONALIZADO Y QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO DE LA BANDA. QUE PERMITA SU LIMPIEZA CON SUSTANCIAS DESINFECTANTES HABITUALES SIN DAÑARSE, REUTILIZABLE.	PIEZA	1	
13	060.182.0121	RESTAURADOR PARA CAVIDADES PROFUNDAS TIPO II, COLOR NO. 21, POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95%-97%, ACIDO POLIACRILICO 3%-5%. LIQUIDO: 10 G, 8 ML, ACIDO POLIACRILICO 75%. ACIDO TARTARICO 10%-15%. BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 G.	ESTUCHE	1	
14	060.182.0126	RESTAURADOR DE USO INTERMEDIO PARA COLOCACION DE AMALGAMA O RESINA DE OXIDO DE ZINC (POLVO)38 G Y EUGENOL (LIQUIDO)14 ML. CON GOTERO DE PLASTICO	JUEGO	1	
15	060.182.0194	CEMENTOS. IONÓMERO DE VIDRIO CON ALEACIÓN DE LIMADURA DE PLATA. POLVO 15G. SILICATO DE ALUMINIO 100%. LÍQUIDO 10 G. 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 45%. POLVO DE LIMADURA DE PLATA 17 G. PLATA 56 % ESTAÑO 29 % COBRE 15 %	ESTUCHE	1	
16	060.182.1150	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDROXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILIQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR. ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE.	ESTUCHE	1	
19	S/C	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA CONTRA-ÁNGULO.	PIEZA	1	

12

No.	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS, O SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
20	S/C	RETRACTOR DE ENCÍAS. DE ALGODÓN, SECO Y SUAVE, IMPREGNADO CON SAL DE ALUMINIO. CALIBRE: MEDIANO.	ENVASE CON ROLLO DE 3 M.	1	
21	060.219.0068	COLORANTES REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS, TABLETAS SIN SABOR.	ENVASE CON 100 PIEZAS	1	
22	060.231.0666	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: MEDIANO.	PIEZA	1	
25	060.348.0013	ENSANCHADORES DE CANALES. NO. 10 AL 40. DEBEN DE SER FLEXIBLES TIPO K-FILE DE 25 MM	PIEZA	1	
26	060.348.0021	ENSANCHADORES DE CANALES. NO. 45 AL 80. DEBEN DE SER FLEXIBLES TIPO K-FILE DE 25 MM	PIEZA	1	
27	060.360.0024	ESPEJO PARA BOCA, SIN AUMENTO. NÚMERO 5	PIEZA.	1	
28	060.431.0011	FRESA DE CARBURO, PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA DE PERA NO. 330.	PIEZA.	1	
29	060.431.0493	FRESA DE CARBURO PARA CORTAR METAL (FRESA MÁGICA), FORMA CILÍNDRICA.	PIEZA	1	
30	060.431.0505	FRESA PARA COMPOSITE FORMA DE FISURA NO. C852-012	PIEZA	1	
31	060.431.0509	FRESA ENDO ZETA PARA ACCESOS EN ENDODONCIA	PIEZA	1	
32	060.431.0514	FRESA ZEKRYA 23 MM .8 DIAMETRO, QUIRÚRGICA DE CARBURO DE TUNGSTENO, LARGA CÓNICA PARA ALTA VELOCIDAD CON CORTE LATERAL, CON 6 FILOS HELICOIDALES Y CORTANTE, SIN VIBRACIÓN, CON PUNTA HEMISFÉRICA NO. E 0151	PIEZA	1	
33	060.431.0615	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE, PARA TERMINACIÓN DE COMPOSITOS FORMA CILÍNDRICA NO. 012.	PIEZA.	1	
34	060.431.SS32	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA PUNTA DE LÁPIZ.	PIEZA.	1	
35	060.431.SS33	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, DE CARBURO, FORMA REDONDA NO. 8.	PIEZA.	1	
36	060.431.SS38	FRESA DE ALTA VELOCIDAD DE 23 MM DE LONGITUD, PARA SECCIONAR TERCEROS MOLARES, CON UNA PARTE ACTIVA DE ACERO INOXIDABLE DE CARBONATO DE TUNGSTENO Y UNA PARTE ACTIVA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PUNTA DE 0.8 MM DE DIAMETRO.	PIEZA.	1	
37	060.435.0017	GEL ORAL PARA ENJUAGUE BUCAL, COMPUESTO A BASE DE HIALURONATO DE SODIO AL 0.1% Y POLIVINILPIRROLIDONA AL 9.0%. COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE LA CAVIDAD BUCOFARÍNGEA. SOBRE CON 15 ML.	SOBRE CON 15 ML	1	
38	060.456.0623	GUANTES DE NITRIL O POLIBUTADINE ACRYLONITRIL, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO.	PAR	1	
39	060.456.0631	GUANTES DE NITRIL O POLIBUTADINE ACRYLONITRIL, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO.	PAR	1	
40	060.456.0649	GUANTES DE NITRIL O POLIBUTADINE ACRYLONITRIL, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE.	PAR	1	
41	060.466.0159	GRAPA PARA AISLAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE. ESTUCHE CON 9 GRAPAS	ESTUCHE	1	
43	060.597.3437	ACIDO GRABADOR PARA RESINAS, ACIDO FOSFORICO AL 34% O 37% PARA GRABADO DE ESMALTE Y DENTINA, JERINGA DE 3 ML.	PIEZA	1	
44	060.597.456	ADHESIVO DENTAL UNIVERSAL PARA ADHESION DE RESINAS A ESMALTE Y DENTINA BOTELLA DE 4.5 ML O 6 ML.	PIEZA	1	
45	060.597.SS02-1	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERISABLE, 10 O 20 COMPULES DE 0.25 GR. ESTUCHE O BOLSA.	ESTUCHE O BOLSA	1	
46	060.597.SS02-2	PISTOLA DISPENSADORA PARA APLICACION DE RESINA EN PRESENTACION DE COMPULES.	PIEZA	1	
47	060.597.SS03	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE KIT CON 5 JERINGAS DE RESINA, UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR Y UN BOTE DE ADHESIVO.	KIT	1	
48	060.622.0148	FORMOCRESOL PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA.	ENVASE CON 30 ML.	1	
49	060.749.0635	PASTA PREMEZCLADA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 30%, YODOFORMO 40.4% Y MATERIAL INHERTE 6.9% PARA TRATAMIENTO DE CANALES RADICULARES. PRESENTACIÓN: UNA JERINGA CON 2 GR DE PASTA Y 20 APLICADORES DESECHABLES.	SET	1	
50	060.749.0703	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA. CON ABRASIVOS BLANDOS.	FRASCO CON 200 GR	1	
51	060.749.0836	SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRÁN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT.	1	

13



No.	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS, O SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
52	060.811.0060	HILOS. SEDA DENTAL, SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	ENVASE		
53	060.815.SS01	SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS, FRASCO DE 6 ML. DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS BLANCO FOTOPOLIMERIZABLE, FRASCO DE 9 ML. DE LIQUIDO GRABADOR, 1 MANGO APLICADOR, CON CEPILLOS Y/O PINCELES Y DISPENZADOR DE MEZCLA	ESTUCHE		
54	060.889.0158	TIRAS DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA. ANCHO: CALIBRE: 8 A 10 MM. FINO.	ENVASE CON 50 PIEZAS		
55	060.889.0232	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. EXTRA FINO, FINO, MEDIANO Y GRUESO.	ENVASE CON 200 PIEZAS		
57	060.960.0024	RESTAURADOR EN BLOQUE DE VIDRIO HIBRIDO / CAPA AUTOADHESIVA FOTOPOLIMERIZABLE RESISTENTE A LA ABRASIÓN. PRESENTACIÓN: INTRO KIT -20 CAPS TOTALES (A1, A2, A3 & B1). FORMULA: INGREDIENTES POLVO, FLUORO-ALUMINIO-SILICATO DE VIDRIO, 94%. POLVO DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, 5%. PIGMENTO - OXIDO FÉRRICO, OXIDO FERRICO SINTETICO, 1%. INGREDIENTES LIQUIDO AGUA DESTILADA, 55%. ÁCIDO POLIACRÍLICO, 40%. ÁCIDO CARBOXÍLICO POLIBÁSICO L-TARTÁRICO, 5%. CAPA AUTOADHESIVA INGREDIENTES METACRILATO DE METILO 47% ACRÍLICO MULTIFUNCIONAL / MONÓMERO DE METACRILATO 42% SÍLICE 7% MONÓMERO DE ÉSTER FOSFÓRICO 3% INICIADOR - CAMFORQUINONA 1%. INCLUYE PISTOLA DISPENSADORA	KIT		
58	060.ARC.0010	ARCO DE YOUNG PORTA DIQUE, DE PLASTICO	PZA.		
59	060.TIR.SS01	TIRANERVIOS DENTALES NO ESTÉRILES. PRESENTACIÓN EN BLISTER, ESTERILES, CODIFICADOS.	PIEZA.		
61	060.066.0401	ANTISEPTICOS EUGENOL.	ENVASE CON 30 ML.		
63	060.HC01.SS02	HIDRÓXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR JUEGO	ESTUCHE CON 1 JUEGO		
64	060.066.5300	ENJUAGUE BUCAL CON CLORHEXIDINA AL 0.12% DE CONCENTRACION, PARA INHIBIR LA FORMACION DE PLACA DENTAL.	ENVASE CON 300 ML.		
65	060.182.1275	CEMENTO DENTALES. PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA. DE ÓXIDO DE ZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 14 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO	JUEGO		
66	060.DIQ.0010	DIQUE DE HULE 6"X 6" GROSOR MEDIO: 0.18-0.23 MM	CAJA CON 36PIEZAS		
67	060.491.0018	INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL. EN TIRAS CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS	BLOCK C/15HOJAS		
68	060.182.1792	ALKASITE. MATERIAL DE RELLENO AUTOCURADO CON OPCIÓN DE FOTOPOLIMERIZACIÓN, COLOR A2. POLVO/LÍQUIDO. EL POLVO CONTIENE VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO, VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE BARIO Y ALUMINIO, ISORRELLENOS, TRIFLUORURO DE ITERBIO, INICIADORES Y PIGMENTOS. EL LÍQUIDO CONTIENE DIMETACRILATOS, INICIADORES, ESTABILIZADORES Y ADITIVO. CAJA CON 30 G DE POLVO Y 8 G DE LÍQUIDO	ESTUCHE		
71	060.189.0015	CEPILLOS. DENTAL PARA ADULTO CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4. HILERAS. CABEZA CORTA CONSISTENCIA MEDIANA CON MASAJEADOR DE GOMA QUE ESTÍMULA LAS ENCIAS. PIEZA.	PIEZA		
72	060.833.0197	SOLUCIÓN DE ACETATO DE CLOREXIDINA AL 10% SUMATRA BENZOICO 20 MG Y ALCOHOL ETÍLICO CBP 1 ML; BARNIZ DE CLORURO DE METILENO POLIURETANO Y ACETATO DE ETILO 1 ML PARA LA PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL. ESTUCHE.	ESTUCHE		
73	060.439.0039	GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA.	PIEZA		
74	060.753.0052	PUNTAS ABSORBENTES. PARA ENDODONCIA. DE PAPEL ESTÉRILES. NÚMEROS: 10 A 40 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200.	ENVASE CON 200		
75	060.753.0029	PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA DE PAPEL, ESTERILES. NÚMEROS: 45 A 80 (DE 5 EN 5).	ENVASE CON 200		
76	060.753.0011	PUNTAS DE GUTAPERCHA. PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. NÚMEROS: 45 A 80 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200	ENVASE CON 200		

14

**FIRMAS DE LOS EVALUADORES**

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA DSMLYCRS

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA DMTI



FIRMA


FIRMA

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA
FIRMA

ACEPTO LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DEL OFERENTE:

**NOTA:** LA NO INCLUSIÓN DE ESTE ANEXO EN ORIGINAL, RECIBIDO Y SELLADO POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN



**ANEXO 1.3**

**SEGUIMIENTO A REPORTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA SALUD**

DATOS DEL OFERENTE		
OFERENTE:	(1)	
FOLIO DE REPORTE:	(2)	
FECHA:	(3)	
TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA	(4)	
DATOS DEL FABRICANTE		
MARCA:	(5)	
DESCRIPCIÓN:	(6)	
MODELO, PRESENTACIÓN Y/O CÓDIGO:	(7)	
LOTE O NÚMERO DE SERIE:	(8)	
RESPUESTA MEDIANTE: (9)		
DICTAMEN TÉCNICO: ( )	ALERTA SANITARIA: ( )	OTRO: ( )
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN: (10)		
USO INDEBIDO: ( )	IPS DAÑADO: ( )	IPS NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ( )
ACCIONES APLICADAS (11)		
<b>PREVENTIVA:</b>		<b>CORRECTIVA:</b>
( ) CAPACITACIÓN	( ) ASESORÍA	( ) CAMBIO FÍSICO
( ) CONSTANTE		( ) CAMBIO DE MARCA
COMENTARIOS:		16
DESTINO FINAL DEL INSUMO PARA LA SALUD (12)		
RETIRO ( )		CANJE ( )
OBSERVACIONES:		
FECHA DE INICIO DE REPORTE: (13)	FECHA DE CONCLUSIÓN: (14)	DÍAS TOTALES: (15)

(16)  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE

(17)  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

118

INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO LLENADO DEL FORMATO "SEGUIMIENTO A REPORTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA SALUD", EL CUAL FUE ELABORADO CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS REPORTADOS POR MALA CALIDAD, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD SEGUIMIENTO DEL REPORTE HASTA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POR CONSIGUIENTE LA CONCLUSIÓN DEL REPORTE INICIAL.

**"SEGUIMIENTO A REPORTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA SALUD"**

1. NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA OFERENTE DEL INSUMO PARA LA SALUD.
2. NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO AL REPORTE
3. FECHA DE RECEPCIÓN DEL REPORTE
4. TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA INDICADO POR EL OFERENTE
5. MARCA DEL INSUMO PARA LA SALUD
6. DESCRIPCIÓN TAL CUAL SE INDICA EN SAICA
7. MODELO, PRESENTACIÓN Y CÓDIGO DEL INSUMO PARA LA SALUD
8. LOTE O NÚMERO DE SERIE DEL IPS
9. INDICAR EL TIPO DE RESPUESTA EMITIDA POR EL OFERENTE Y/O FABRICANTE
10. INDICAR EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO POR EL FABRICANTE DEL IPS.
11. INDICAR QUE ACCIONES SE APLICARÁN A LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR EL IPS.
12. DESTINO FINAL DEL IPS INDICADO POR EL FABRICANTE Y/O OFERENTE.
13. FECHA EN QUE SE INICIÓ EL REPORTE
14. FECHA DE CONCLUSIÓN DEL REPORTE
15. ANOTAR EL NÚMERO DE DÍAS TOTALES PARA CONCLUIR EL REPORTE
16. NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE
17. NOMBRE Y FORMA DEL REPRESENTANTE DE LA DMTI

**ANEXO 1.4 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CEIPA	CEMA	CEVABERSI	CEVASEP I	CEVASEP II	PENITENCIARIA	RPVN	RPVO	RPVS	CEA-QC	CEA-SF	CERSSMA	CEVARESO	MEDICINA LEGAL	TOTAL ANUAL
1	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	FRASCO SPRAY 400 ML	2	2	4	4	4	4	8	8	6	2	2	6	6	0	58
2	AGUJAS DENTAL. TIPO CARPULE. DESECHABLE. LONGITUD. 20-25 MM CALIBRE. 30 G TAMAÑO. CORTA.	ENVASE CON 100 PIEZAS	3	3	8	8	8	8	12	12	8	1	1	8	8	0	88
3	ALAMBRE TRENZADO. 0.015 MM. (10 ALAMBRES EN CADA TUBO).	TUBO	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0	22
4	ALAMBRE TRENZADO. 0.017 MM. (10 ALAMBRES EN CADA TUBO).	TUBO	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0	22
5	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES. ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR.	ENVASE CON 480 ML.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0	22
6	BARNIZ BLANCO DE FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TCP (TRICALCIO FOSFATO) X 50 UNIDOSIS. CONTENIDO: LA CAJA INCLUYE 50 UNIDOSIS EN SACHET CERRADO, QUE INCLUYE EN SU INTERIOR EL FLÚOR Y UN PINCEL DE APLICACIÓN.	SET	1	2	8	8	8	8	12	12	8	2	2	8	8	0	87
7	COLORURO DE BENZALCONIO AL 12 %. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE BENZALCONIO 12 G. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G.	ENVASE CON 500 ML.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0	22
8	ANTISÉPTICO PARA CONDUCTOS RADICULARES. PARAMONOCLOROFENOL. FRASCO CON 9ML DE LÍQUIDO.	FRASCO C/9ML.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0	22
9	APLICADOR DE PLÁSTICO DESECHABLE PARA MATERIALES ADHESIVOS, BARNICES U OTRAS SOLUCIONES DE USO ODONTOLÓGICO. LA PUNTA ES ESFÉRICA, CONFORMADA POR FIBRAS NO ABSORBENTES Y QUE NO SE DESPRENDEN DEL INSTRUMENTO AL UTILIZARLO. EL CUELLO ES FLEXIBLE Y FÁCIL DE ANGULAR. LOS LÍQUIDOS SON RETENIDOS ENTRE LAS FIBRAS HASTA SU APLICACIÓN. MEDIANO.	ENVASE CON 100 APLICADORES	3	3	8	8	8	8	12	12	8	3	3	8	8	0	92
10	BABEROS DE TELA NO TEJIDA DE RAYON. ANATOMICO, AUTOAJUSTABLE, DESECHABLE. TAMAÑO ADULTO	PIEZA	400	400	1,600	1,600	1,600	1,600	4	4	2,000	400	400	2,000	2,000	0	14,009
11	BARRA METÁLICA DE ERICK PARA FERILIZACIÓN INTERDENTARIA	ROLLO DE 1 M	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0	22
12	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL. HECHA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON ESPACIO SUFICIENTE QUE PERMITA EL USO COMBINADO DE OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR EJEMPLO, PROTECTOR RESPIRATORIO O ANTEOJOS GRADUADOS. QUE CUBRA COMPLETAMENTE LOS LADOS Y LONGITUD DE LA CARA. BANDA CON AJUSTE PARA LA FRENTE Y CABEZA QUE PERMITA AJUSTE PERSONALIZADO Y QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO DE LA BANDA. QUE PERMITA SU LIMPIEZA CON SUSTANCIAS DESINFECTANTES HABITUALES SIN DAÑARSE, REUTILIZABLE.	PIEZA	2	2	2	2	2	2	6	6	4	2	2	4	4	0	40
13	RESTAURADOR PARA CAVIDADES PROFUNDAS TIPO II. COLOR NO. 21. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95%-97%. ACIDO POLIACRILICO 3%-5%. LIQUIDO: 10 G. 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 75%. ACIDO TARTARICO 10%-15%. BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 G.	ESTUCHE	2	2	3	3	3	3	6	6	4	2	2	4	4	0	44
14	RESTAURADOR DE USO INTERMEDIO PARA COLOCACION DE AMALGAMA O RESINA DE OXIDO DE ZINC (POLVO)38 G Y EUGENOL (LIQUIDO)14 ML. CON GOTERO DE PLASTICO	JUEGO	2	2	4	4	4	4	6	6	4	2	2	4	4	0	48
15	CEMENTOS. IONOMERO DE VIDRIO CON ALEACION DE LIMADURA DE PLATA. POLVO 15G. SILICATO DE ALUMINIO 100%. LIQUIDO 10 G. 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 45%. POLVO DE LIMADURA DE PLATA 17 G. PLATA 56 % ESTAÑO 29 % COBRE 15 %	ESTUCHE	2	2	4	4	4	4	6	6	4	2	2	4	4	0	48
16	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDROXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILIQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR. ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE.	ESTUCHE	2	2	2	2	2	2	6	6	4	2	2	4	4	0	40
17	CEMENTOS DENTALES DE OXIFOSFATO DE ZINC. POLVO Y LIQUIDO. CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE.	ESTUCHE	1	1	2	2	2	2	3	3	2	1	1	2	2	0	24

18

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CEBA	CEMA	CEVAREPSI	CEVASEP I	CEVASEP II	PENTENCIARIA	RPVN	RPVO	RPVS	CEA-QC	CEA-SF	CRSSMA	CEVARESO	MEDICINA LEGAL	TOTAL ANUAL
18	CEMENTO DENTAL DE HIDRÓXIDO DE CALCIO. FRASCO CON POLVO DE 45G.	PIEZA.	2	2	4	4	4	4	6	6	4	2	2	4	4	0	48
19	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA CONTRA-ÁNGULO.	PIEZA	600	600	3,000	3,000	3,000	3,000	3,530	3,530	2,500	600	600	2,500	2,500	0	28,960
20	RETRACTOR DE ENCÍAS. DE ALGODÓN, SECO Y SUAVE, IMPREGNADO CON SAL DE ALUMINIO. CALIBRE: MEDIANO.	ENVASE CON ROLLO DE 3 M.	1	1	2	2	2	2	6	6	4	1	1	4	4	0	36
21	COLORANTES REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS, TABLETAS SIN SABOR.	ENVASE CON 100 PIEZAS	8	8	20	20	20	20	40	40	25	8	8	25	25	0	267
22	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: MEDIANO.	PIEZA	540	360	1,440	1,920	1,920	2,280	4,720	4,080	3,200	300	360	5,080	4,600	21,600	52,400
23	COPAS PARA PIEZA DE MANO, DE HULE SUAVE, BLANCO, EN FORMA DE CONO.	ENVASE CON 12 PIEZAS.	4	4	50	50	50	50	120	120	120	4	4	120	120	0	816
24	CUÑAS DE MADERA, PARA ESPACIOS INTERDENTARIOS.	ENVASE CON 100 PIEZAS	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	0	56
25	ENSANCHADORES DE CANALES. NO. 10 AL 40.	PIEZA	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	0	56
26	ENSANCHADORES DE CANALES. NO. 45 AL 80.	PIEZA	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	0	56
27	ESPEJO PARA BOCA, SIN AUMENTO. NÚMERO 5	PIEZA.	40	30	40	40	40	40	120	120	80	40	40	80	80	0	790
28	FRESA DE CARBURO, PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA DE PERA NO. 330.	PIEZA.	2,000	400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	24,400
29	FRESA DE CARBURO PARA CORTAR METAL (FRESA MÁGICA), FORMA CILÍNDRICA.	PIEZA	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	416
30	FRESA PARA COMPOSITE FORMA DE FISURA NO. C852-012	PIEZA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	390
31	FRESA ENDO ZETA PARA ACCESOS EN ENDODONCIA	PIEZA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	390
32	FRESA ZEKRYA 23 MM .8 DIAMETRO, QUIRÚRGICA DE CARBURO DE TUNGSTENO, LARGA CÓNICA PARA ALTA VELOCIDAD CON CORTE LATERAL, CON 6 FILOS HELICOIDALES Y CORTANTE, SIN VIBRACIÓN, CON PUNTA HEMISFÉRICA NO. E 0151	PIEZA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	390
33	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE, PARA TERMINACIÓN DE COMPOSITES FORMA CILÍNDRICA NO. 012.	PIEZA.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	390
34	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA PUNTA DE LÁPIZ.	PIEZA.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	390
35	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, DE CARBURO, FORMA REDONDA NO. 8.	PIEZA.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	390
36	FRESA DE ALTA VELOCIDAD DE 23 MM DE LONGITUD, PARA SECCIONAR TERCEROS MOLARES, CON UNA PARTE ACTIVA DE ACERO INOXIDABLE DE CARBONATO DE TUNGSTENO Y UNA PARTE ACTIVA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PUNTA DE 0.8 MM DE DIAMETRO.	PIEZA.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	390
37	GEL ORAL PARA ENJUAGUE BUCAL, COMPUESTO A BASE DE HIALURONATO DE SODIO AL 0.1% Y POLIVINILPIRROLIDONA AL 9.0%. COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE LA CAVIDAD BUCOFARÍNGEA. SOBRE CON 15 ML.	SOBRE CON 15 ML	600	600	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	600	600	3,000	3,000	0	29,400
38	GUANTES DE NITRIL O POLIBUTADINE ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO.	PAR	120	120	144	168	168	603	603	603	603	120	144	410	362	0	4168

19



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CEIPA	CEMA	CEVAREPSI	CEVASEP I	CEVASEP II	PENITENCIARIA	RPVN	RPVO	RPVS	CEA-OC	CEA-SF	CFRSSMA	CEVARESO	MEDICINA LEGAL	TOTAL ANUAL
39	GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO.	PAR	75	41	50	75	75	127	127	127	127	41	50	90	75	0	1080
40	GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE.	PAR	333	0	222	333	333	555	555	555	555	185	222	333	333	0	4514
41	GRAPA PARA AISLAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE. ESTUCHE CON 9 GRAPAS	ESTUCHE	6	6	6	6	6	6	6	6	4	6	6	4	4	0	72
42	GLICERINA.	ENVASE 1 LT.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13
43	ACIDO GRABADOR PARA RESINAS, ACIDO FOSFORICO AL 34% O 37% PARA GRABADO DE ESMALTE Y DENTINA, JERINGA DE 3 ML.	PIEZA	4	4	6	6	6	6	9	9	9	4	4	9	9	0	85
44	ADHESIVO DENTAL UNIVERSAL PARA ADHESION DE RESINAS A ESMALTE Y DENTINA BOTELLA DE 4.5 ML O 6 ML.	PIEZA	4	4	6	6	6	6	9	9	6	4	4	6	6	0	76
45	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERISABLE, 10 O 20 COMPULES DE 0.25 GR. ESTUCHE O BOLSA.	ESTUCHE O BOLSA	3	3	9	9	9	9	9	9	6	3	3	6	6	0	84
46	PISTOLA DISPENSADORA PARA APLICACION DE RESINA EN PRESENTACION DE COMPULES.	PIEZA	2	2	4	4	4	4	6	6	4	2	2	4	4	0	48
47	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE KIT CON 5 JERINGAS DE RESINA, UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR Y UN BOTE DE ADHESIVO.	KIT	4	4	4	4	4	4	9	9	6	4	4	6	6	0	68
48	FORMOCRESOL PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA.	ENVASE CON 30 ML.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0	22
49	PASTA PREMEZCLADA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 30%, YODOFORMO 40.4% Y MATERIAL INHERTE 6.9% PARA TRATAMIENTO DE CANALES RADICULARES. PRESENTACIÓN: UNA JERINGA CON 2 GR DE PASTA Y 20 APLICADORES DESECHABLES.	SET	2	2	2	2	2	2	6	6	4	2	2	4	4	0	40
50	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA. CON ABRASIVOS BLANDOS.	FRASCO CON 200 GR	2	2	4	4	4	4	9	9	6	2	2	6	6	0	60
51	SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRÁN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT	1	1	2	2	2	2	6	6	4	1	1	4	4	0	36
52	HILOS. SEDA DENTAL, SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	ENVASE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	13,000
53	SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS, FRASCO DE 6 ML DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS BLANCO FOTOPOLIMERIZABLE, FRASCO DE 9 ML DE LIQUIDO GRABADOR, 1 MANGO APLICADOR, CON CEPILLOS Y/O PINCELES Y DISPENSADOR DE MEZCLA	ESTUCHE	2	2	2	2	2	2	6	6	4	2	2	4	4	0	40
54	TIRAS DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA. ANCHO: CALIBRE: 8 A 10 MM. FINO.	ENVASE CON 50 PIEZAS	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	0	32
55	TIRAS DE LUNA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. EXTRA FINO, FINO, MEDIANO Y GRUESO.	ENVASE CON 200 PIEZAS	3	3	3	3	3	3	6	6	4	3	3	4	4	0	48
56	VASO DE PLÁSTICO DESECHABLE N°5. PAQUETE CON 150 PIEZAS	PAQUETE	6	6	15	15	15	15	15	15	15	6	6	15	15	0	159
57	RESTAURADOR EN BLOQUE DE VIDRIO HIBRIDO / CAPA AUTOADHESIVA FOTOPOLIMERIZABLE RESISTENTE A LA ABRASIÓN. PRESENTACIÓN: INTRO KIT -20 CAPS TOTALES (A1, A2, A3 & B1). FORMULA: INGREDIENTES POLVO, FLUOROALUMINIO-SILICATO DE VIDRIO, 94%. POLVO DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, 5%. PIGMENTO -OXIDO FÉRRICO, OXIDO FERRICO SINTETICO, 1%. INGREDIENTES LIQUIDO AGUA DESTILADA, 55%. ÁCIDO POLIACRÍLICO, 40%. ÁCIDO CARBOXILICO POLIBÁSICO L-TARTÁRICO, 5%. CAPA AUTOADHESIVA INGREDIENTES METACRILATO DE METILO 47% ACRÍLICO MULTIFUNCIONAL / MONÓMERO DE METACRILATO 42% SÍLICE 7% MONÓMERO DE ESTER FOSFÓRICO 3% INICIADOR -CAMFORQUINONA 1%.	KIT	2	2	6	6	6	6	9	9	9	4	4	9	9	0	84

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CEIBA	CENSA	CEVAREPSI	CEVASEP-I	CEVASEP-II	PENITENCIARIA	RPVN	RPVO	RPVS	CEA-QC	CEA-SF	CFRSSMA	CEVARESO	MEDICINA LEGAL	TOTAL ANUAL
58	ARCO DE YOUNG PORTA DIQUE, DE PLASTICO	PZA.	20	20	40	40	40	40	60	60	40	20	20	40	40	0	480
59	TIRANERVIOS DENTALES NO ESTÉRILES.	PIEZA.	20	20	100	100	100	100	6	6	200	20	20	200	200	0	1,092
60	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICÓN, SOLUBLE EN AGUA NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR OXIDO DE ETILENO Y PLASMA, EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL.	ENVASE DE 4 LITROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	26
61	ANTISEPTICOS EUGENOL.	ENVASE CON 30 ML.	2	2	6	6	6	6	9	9	4	2	2	4	4	0	62
62	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS 12.0 X 26.0 X 4.0 CM. (Nº8)	ENVASE CON 1000 PIEZAS	3	4	3	3	3	12	12	12	3	3	7	11	12	0	97
63	HIDRÓXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR JUEGO	ESTUCHE CON 1 JUEGO	2	2	4	4	4	4	6	6	6	2	2	6	6	0	54
64	ENJUAGUE BUCAL CON CLORHEXIDINA AL 0.12% DE CONCENTRACION, PARA INHIBIR LA FORMACION DE PLACA DENTAL.	ENVASE CON 300 ML.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	117
65	CEMENTO DENTALES. PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA. DE ÓXIDO DE ZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 14 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO	JUEGO	3	3	9	9	9	9	9	9	9	3	3	9	9	0	93
66	DIQUE DE HULE 6" X 6" GROSOR MEDIO: 0.18-0.23 MM	CAJA CON 36PIEZAS	9	9	30	30	30	30	30	30	25	9	9	25	25	0	291
67	INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL. EN TIRAS CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS	BLOCK C/15HOJAS	15	15	25	25	25	25	25	25	25	15	15	25	25	0	285
68	ALKASITE. MATERIAL DE RELLENO AUTOCURADO CON OPCIÓN DE FOTOPOLIMERIZACIÓN, COLOR A2. POLVO/LÍQUIDO. EL POLVO CONTIENE VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO, VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE BARIO Y ALUMINIO, ISORRELLENOS, TRIFLUORURO DE ITERBIO, INICIADORES Y PIGMENTOS. EL LÍQUIDO	ESTUCHE	2	2	6	6	6	6	9	9	6	2	2	6	6	0	68
69	DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMÁTICA, Y/O LAVADORA ULTRASONICA.	ENVASE CON 1 A 5 LITROS	4	4	4	4	4	5	6	6	6	4	4	5	4	0	60
70	S+1:B750LUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO.	ENVASE CON 6 FRASCOS	4	3	4	4	4	8	8	8	8	1	2	8	8	0	70
71	CEPILLOS. DENTAL PARA ADULTO CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS CABEZA CORTA CONSISTENCIA MEDIANA CON MASAJEADOR DE GOMA QUE ESTIMULA LAS ENCIAS. PIEZA.	PIEZA	750	750	1000	1250	1250	3000	3000	3000	3000	500	250	3000	3000	0	23,750
72	DE ACETATO DE CLOREXIDINA AL 10% SUMATRA BENZOICO 20 MG Y ALCOHOL ETÍLICO CBP 1 ML; BARNIZ DE CLORURO DE METILENO POLIURETANO Y ACETATO DE ETILO 1 ML PARA LA PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL. ESTUCHE.	ESTUCHE	1	2	8	8	8	8	12	12	8	2	2	8	8	0	87
73	GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA.	PIEZA	540	0	0	1,800	1,800	1,560	3,360	3,360	2,360	400	440	2,360	0	0	17,980
74	PUNTAS ABSORBENTES. PARA ENDODONCIA. DE PAPEL ESTÉRILES. NÚMEROS: 10 A 40 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200.	ENVASE CON 200	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	0	56
75	PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA DE PAPEL, ESTÉRILES. NÚMEROS: 45 A 80 (DE 5 EN 5).	ENVASE CON 200	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	0	56
76	PUNTAS DE GUTAPERCHA. PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. NÚMEROS: 45 A 80 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200	ENVASE CON 200	4	4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	0	56

21



**ANEXO 19**

**PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS**

**USAR EL FORMATO PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN EXCEL EDITABLE, PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE RESPETANDO EL FORMATO.**

**PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ USAR EL MISMO ARCHIVO ENTREGADO A SU REPRESENTADA.**

**DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO".**

22

17  
✓

ANEXO 19 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
PROPUESTA TÉCNICA MATERIAL DE CURACIÓN

**LÍNEAS DEL OFERTANTE**  
**EMERSON**  
**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS DE LOS BIENES**  
**CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS**

No. PARTIDA A	CLAVE COMENDIO	CLAVE CUICOP	CODIGO CABSOP	CLAVE INTERNA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO O NUM. DE REFERENCIA	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
1	S/C	25400004	2541000012	060.016.5501	AGENTE LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DEMANDA DE ALTA VELOCIDAD.	FRASCO SPRAY 400 ML	58						
2	060.040.8041	25400014	2541000034	060.040.8041	AGUJAS DENTAL, TIPO CARPUL, DESECHABLE, LONGITUD: 20-25 MM, CALIBRE: 30.6 TAMAÑO. CORTEA.	ENVASE CON 100 PIEZAS	88						
3	060.046.0216	25400028	2541000066	S/C	ALAMBRE TRENZADO, 0.015 MM, (10 ALAMBRES EN CADA TUBO).	TUBO	22						
4	060.046.0224	25400028	2541000066	S/C	ALAMBRE TRENZADO, 0.017 MM, (10 ALAMBRES EN CADA TUBO).	TUBO	22						
5	060.066.0500	25404549	2541000528	060.066.0500	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES, ACIDULADO AL 2%, EN GEL, DE SABOR: BARNIZ BLANCO DE FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TEP (TRICALCIO FOSFATO) Y 50 UNIDOSIS, CONTENIDO: LA CAJA INCLUYE 50 UNIDOSIS EN SACHET CERRADO, QUE INCLUYE EN SU INTERIOR EL FLUOR Y UN PINCEL DE APLICACIÓN.	ENVASE CON 480 ML	22						
6	060.066.1078	25404543	2541000528	060.066.0434	CLORURO DE BENZALCONO AL 12%, CADA 100 ML, CONTENEN: CLORURO DE BENZALCONO 12 G, NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G, LÍQUIDO.	ENVASE CON 500 ML	22						
7	060.286.0132	25408690	2541001272	060.286.0132	ANTISÉPTICO PARA CONDUCTOS RADICULARES, PARAMONOCLOROFENOL, FRASCO CON 9ML DE LÍQUIDO.	FRASCO C/9ML	22						
8	S/C	25408306	2541000090	060.066.S509	APLICADOR DE PLÁSTICO DESECHABLE PARA MATERIALES ADHESIVOS, BARRICES U OTRAS SOLUCIONES DE USO ODONTOLÓGICO, LA PUNTA ES ESFÉRICA, CONFORMADA POR FIBRAS NO ABSORBENTES Y QUE NO SE DESPRENDEN DEL INSTRUMENTO AL UTILIZARLO. EL CUELLO ES FLEXIBLE Y FACIL DE ANGIJAR. LOS LÍQUIDOS SON RETENIDOS ENTRE LAS FIBRAS HASTA SU APLICACIÓN. MENJANO	ENVASE CON 100 APLICADORES	92						
9	060.082.0302	25408312	2541000096	S/C	BARBIEROS DE TELA NO TEJIDA DE RAYON, ANATOMICO, AUTOAJUSTABLE, DESECHABLE, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	14,009						
10	060.100.0011	25404570	2541000112	060.100.0011	BARRA METÁLICA DE ERICK PARA FERRILLAZION INTERDENTARIA	PIEZA	22						
11	060.113.0057	25400049	2541001282	060.113.0057	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL, HECHA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON ESPACIO SUFICIENTE QUE PERMITA EL USO COMBINADO DE OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR EJEMPLO, PROTECTOR RESPIRATORIO O ANTELORES GRADUADOS, QUE CUBRA COMPLETAMENTE LOS LADOS Y LONGITUD DE LA CARA, BANDA CON AJUSTE PARA LA FRENTE Y CABEZA QUE PERMITA AJUSTE PERSONALIZADO Y QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO DE LA BANDA, QUE PERMITA SU LIMPIEZA CON SUSTANCIAS DESINFECTANTES HABITUALES SIN DAÑARSE. PERILITZABLE	ROLLO DE 1 M	22						
12	060.154.0016	25404574	S/C	S/C	PIEZA	PIEZA	40						

*[Handwritten signature]*

Nº. PARTID A	CLAVE COMPENDIO	CLAVE CUCOP	CODIGO CABMSDF	CLAVE INTERNA	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS			CARACTERÍSTICAS OFERTADAS			EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
					DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	
13	060.182.0178	25404616	2541000242	060.182.0121	RESTAURADOR PARA CAVIDADES PROFUNDAS TIPO II. IÓNOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR NO. 21. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95%-97%. ACIDO POLIACRILICO 3%-5%. LIQUIDO: 10 G. 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 75%. ACIDO TARTARICO 10%-15%. BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 G.	ESTUCHE	44				
14	060.182.1275	25404616	2541000242	060.182.0126	CEMENTOS DENTALES PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA. RESTAURADOR DE USO INTERMEDIO PARA COLOCACION DE AMALGAMA O RESINA DE OXIDO DE ZINC (POLY)38 6 Y EUGENOL (LIQUIDO)14 ML. CON GOTERO DE PLASTICO	JUEGO	48				
15	060.182.0194	25402120	2541000242	060.182.0194	CEMENTOS. IÓNOMERO DE VIDRIO CON ALEACIÓN DE LIMADURA DE PLATA. POLVO 15G. SILICATO DE ALUMINIO 100%. LIQUIDO 10 G. 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 45%. POLVO DE LIMADURA DE PLATA 17 G. PLATA 56 % ESTAÑO 29 % COBRE 15 %	ESTUCHE	48				
16	060.182.1150	25400420	2541001578	060.182.1150	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDROXIDO DE CALCIO. COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE. DOS PASTAS SEMILIQUIDAS. BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR. ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE.	ESTUCHE	40				
17	060.182.1176	25400104	2541000242	060.182.1176	CEMENTOS DENTALES DE OXIFOSFATO DE ZINC. POLVO Y LIQUIDO. CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE.	ESTUCHE	24				
18	S/C	25402004	2541000242	060.182.5514	CEMENTO DENTAL DE HIDROXIDO DE CALCIO. FRASCO CON POLVO DE 45G.	PIEZA.	48				
19	060.189.0254	25400112	2541000258	060.189.0023	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA CONTRA-ÁNGULO.	PIEZA	28.960				
20	060.203.0439	S/C	2541001558	S/C	RETRACTOR DE ENCIAS. DE ALGODÓN, SECO Y SUAVE. IMPREGNADO CON SAL DE ALUMINIO. CALIBRE: MEDIANO.	ENVASE CON ROLLO DE 3 M.	36				
21	060.219.0048	25400130	2541000310	060.219.0068	COLORANTES REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS. TABLETAS SIN SABOR.	ENVASE CON 100 PIEZAS	267				
22	060.231.0666	25408707	2541001290	060.231.0666	BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS. ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: MEDIANO.	PIEZA	52.400				
23	060.235.0019	25408644	2541000350	060.235.0019	COPAS PARA PIEZA DE MANO, DE HULE SUAVE, BLANCO. EN FORMA DE CONO.	ENVASE CON 12 PIEZAS	816				
24	060.276.0050	25400160	2541001362	060.276.0050	CUÑAS DE MADERA PARA ESPACIOS INTERDENTARIOS.	ENVASE CON 100 PIEZAS	56				
25	060.348.0013	25400198	2541000446	060.348.0013	ENSANCHADORES DE CANALES. NO. 10 AL. 40. DEBEN SER FLEXIBLES. TIPO K-FILE DE 25 MM	PIEZA	56				
26	060.348.0021	25400198	2541000446	060.348.0021	ENSANCHADORES DE CANALES. NO. 45 AL. 80. DEBEN SER FLEXIBLES. TIPO K-FILE DE 25 MM	PIEZA	56				
27	S/C	25400203	2541000480	060.368.0024	ESPEJO PARA BOCA. SIN AUMENTO. NÚMERO 5	PIEZA.	790				

117

No PARTIDO A	CLAVE COMPRENDIO	CLAVE CUCOP	CODIGO CABMSDF	CLAVE INTERNA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS OPERADAS				EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
									UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO O NUM. DE REFERENCIA	
28	S/C	25400226	2541000538	060.431.0011	FRESA DE CARBURO, PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA DE PERA NO. 330.	PIEZA	24,400						
29	S/C	25400226	2541000538	060.431.0493	FRESA DE CARBURO PARA CORTAR METAL (FRESA MÁGICA), FORMA CILINDRICA	PIEZA	416						
30	S/C	25400226	2541000538	060.431.0505	FRESA PARA COMPUESTO FORMA DE FISURA NO. C882-012	PIEZA	390						
31	S/C	25400226	2541000538	060.431.0509	FRESA ENDO-ZEFA PARA AGESOS-EN-ENDODONCIA	PIEZA	390						
32	S/C	25400226	2541000538	060.431.0514	FRESA ZERKVA 23 MM, 8 DIAMETRO, QUIRURGICA DE CARBURO DE TUNGSTENO, LARGA CONICA PARA ALTA VELOCIDAD CON CORTE LATERAL, CON 6 FILLOS HELICOIDALES Y CORTANTE, SIN VIBRACION, CON PUNTA HEMISFERICA NO. E 0151	PIEZA	390						
33	S/C	25400226	2541000538	060.431.0615	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE DIAMANTE, PARA TERMINACION DE COMPOSITOS FORMA CILINDRICA NO. 012.	PIEZA	390						
34	S/C	25400226	2541000538	060.431.5532	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA PUNTA DE LAPIZ.	PIEZA	390						
35	S/C	25400226	2541000538	060.431.5533	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, DE CARBURO, FORMA REDONDA NO. 8.	PIEZA	390						
36	S/C	25400226	2541000538	060.431.5538	FRESA DE ALTA VELOCIDAD DE 23 MM DE LONGITUD, PARA SECCIONAR TERCEROS MOLARES, CON UNA PARTE ACTIVA DE ACERO INOXIDABLE DE CARBONATO DE TUNGSTENO Y UNA PARTE ACTIVA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PUNTA DE 0.8 MM DE DIAMETRO.	PIEZA	390						
37	060.435.0017	25404592	2541001272	060.435.0017	GEL ORAL PARA ENJUAGUE BUCAL, COMPUESTO A BASE DE HALURONATO DE SODIO AL 0.1% Y POLVINILPIRROLIDONA AL 9.0%, COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE LA CAVIDAD BUCOFARINGEA, SOBRE CON 15 ML.	SOBRE CON 15 ML.	29,400						
38	060.456.0623	25408248	2541000580	060.456.0623	GUANTES DE NITRILLO O POLIBUTADINE ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL, TAMAÑO: CHICO.	PAR	4,168						
39	060.456.0631	25408249	2541000580	060.456.0631	GUANTES DE NITRILLO O POLIBUTADINE ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL, TAMAÑO: MEDIANO.	PAR	1,080						
40	060.456.0649	25408250	2541000580	060.456.0649	GUANTES DE NITRILLO O POLIBUTADINE ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL, TAMAÑO: GRANDE.	PAR	4,514						
41	S/C	S/C	2541000560	060.466.0159	GRAPA PARA AISLAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE, ESTUCHE CON 9 GRAPAS	ESTUCHE	72						
42	060.596.0111	25400309	2541000730	060.596.0111	GLICERINA	ENVASE 1 LT.	13						
43	060.435.0049	S/C	2541001238	060.597.3437	ACIDO GRABADOR PARA RESINAS, ACIDO FOSFORICO AL 34% O 37% PARA GRABADO DE ESMALTE Y DENTINA, JERINGA DE 3 ML.	PIEZA	85						
44	060.031.0080	25400943	2541001246	060.597.456	ADHESIVO DENTAL UNIVERSAL PARA ADHESION DE RESINAS A ESMALTE Y DENTINA BOTELLA DE 15 ML. O 6 ML.	PIEZA	76						

No. PARTID A.	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS				CARACTERÍSTICAS OFERTADAS				EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)			
	CLAVE COMPENDIO	CLAVE CUCCOP	CODIGO CABMSDE	CLAVE INTERNA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	UNIDAD DE MARCA
45	S/C	25405424	2541000956	060.597.SS02-1	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE, 10 O 20 COMPULES DE 0.25 GR. ESTUCHE O BOLSA.	ESTUCHE O BOLSA	84					
46	S/C	S/C	2541001476	060.597.SS02-2	PISTOLA DISPENSADORA PARA APLICACION DE RESINA EN PRESENTACION DE COMPULES.	PIEZA	48					
47	S/C	25405424	2541000956	060.597.SS03	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE KIT CON 5 JERINGAS DE RESINA, UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR Y UN BOTE DE ADHESIVO.	KIT	68					
48	060.622.0143	25408724	2541001406	060.622.0148	FORMOCRESOL PARA MOMIFICACION Y DESVITALIZACION DE LA PULPA DENTARIA.	ENVASE CON 30 ML.	22					
49	S/C	25402004	2541000784	060.749.0635	PASTA PREMEZCLADA DE HIDROXIDO DE CALCIO 30%, YODOFORMO 40.4% Y MATERIAL INHERTE 6.9% PARA TRATAMIENTO DE CANALES RADICULARES. PRESENTACION: UNA JERINGA CON 2 GR DE PASTA Y 20 APLICADORES DESECHABLES.	SET	40					
50	060.749.0703	25403490	2541000784	060.749.0703	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA. CON ABRASIVOS BLANDOS.	FRASCO CON 200 GR	60					
51	060.749.0836	25404611	2541000794	S/C	SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT	36					
52	060.811.0060	25404612	2541001558	060.811.0060	HILOS. SEDA DENTAL. SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	ENVASE	13,000					
53	060.815.0058	25400435	2541000966	060.815.SS01	SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS. FRASCO DE 6 ML DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS BLANCO FOTOPOLIMERIZABLE. FRASCO DE 9 ML DE LIQUIDO GRABADOR. 1 MANGO APLICADOR CON CEPILLOS Y/O PINCELES Y DISPENSADOR DE MEZCLA	ESTUCHE	40					
54	060.889.0158	25400490	2541001096	060.889.0158	TIRAS DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA. ANCHO: CALIBRE: 8 A 10 MM. FINO.	ENVASE CON 50 PIEZAS	32					
55	060.889.0232	25408273	2541001096	060.889.0208	DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. EXTRA FINO, MEDIANO Y GRUESO.	ENVASE CON 200 PIEZAS	48					
56	S/C	25400537	2541001544	060.946.5150	VASO DE PLÁSTICO DESECHABLE N°5. PAQUETE CON 150 PIEZAS	PAQUETE	159					
57	060.960.0024	25404616	2541000242	060.960.0024	RESTAURADOR ESTERILIZADO DE VIDRIO HIBRIDO / CAPA AUTOADHESIVA FOTOPOLIMERIZABLE RESISTENTE A LA ABRASION. PRESENTACION: INTRU KIT -20 CAPS TOTALES (A1, A2, A3 & B1). FORMULA: INGREDIENTES POLVO: FLUORO-ALUMINIO-SILICATO DE VIDRIO, 94%. POLVO DE ACIDO POLIACRILICO, 5% PIGMENTO - OXIDO FERROSO, OXIDO FERROSO SINTETICO, 1%. INGREDIENTES LIQUIDO: AGUA DESTILADA, 55%. ACIDO POLIACRILICO, 40%. ACIDO CARBOXILICO POLIBASICO L-TARTARICO, 5%. CAPA AUTOADHESIVA: INGREDIENTES METACRILATO DE METILO, 47% ACRILICO MULTIFUNCIONAL / MONOMERO DE ESTER FOSFORICO 42% SLICE 7% CAMFORQUINONA, 1%. INCLUYE PISTOLA DISPENSAADORA.	KIT	84					
58	537.079.0015	25404040	2541000104	060.ARC.0010	ARCO DE YOUNG PORTA DIQUE, DE PLASTICO	PZA.	480					
59	S/C	25400596	2541001092	060.TIR.SS01	TIRANERVO DENTALES NO ESTERILES. PRESENTACION EN BLISTER, ESTERILES, CODIFICADOS.	PIEZA.	1,092					

117

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS					CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE		
No. PARTIDA A	CLAVE COMPENDIO	CLAVE CUICOP	CODIGO CIBM/SDF	CLAVE INTERNA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO O NÚM. DE REFERENCIA
60	060.016.0261	25400004	2541000010	060.016.0129	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICÓN, SOLUBLE EN AGUA NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR OXÍDO DE ETILENO Y PLASMA, EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CALA, BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL.	ENVASE DE 4 LITROS	26					
61	060.066.0401	25408703	2541001272	060.066.0401	ANTISEPTICOS EUGENOL.	ENVASE CON 30 ML.	62					
62	060.125.2679	25408739	2541000144	060.125.2679	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR, CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA, MEDIDAS 120 X 26.0 X 4.0 CM. (Nº9)	ENVASE CON 1000 PIEZAS	97					
63	S/C	25402004	2541001556	060.HC01.S502	HIDRÓXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR JUEGO	ESTUCHE CON 1 JUEGO	54					
64	S/C	S/C	2541001272	060.066.5300	ENJUAGUE BUCAL CON CLORHEXIDINA AL 0.12% DE CONCENTRACION, PARA INHIBIR LA FORMACION DE PLACA DENTAL.	ENVASE CON 300 ML.	117					
65	S/C	25408228	2541000242	060.182.1275	CEMENTO DENTALES, PARA RESTAURACION INTERMEDIA, DE OXIDO DE ZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LIQUIDO) 14 ML, CON GOTERO DE PLÁSTICO	JUEGO	93					
66	S/C	S/C	2541000380	060.DI0.0010	DIQUE DE HULE 6"X 6" GROSOR MEDIO: 0.18-0.23 MM	CALA CON 36PIEZAS	291					
67	060.491.0018	25400035	2541001332	060.491.0018	INDICADOR DE CONTRASTO OCULSAL, EN TIRAS CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS	BLDCK C/SHOJAS	285					
68	060.182.1792	25400035	2541000242	060.182.1792	ALKASIE MATERIAL DE RELLENO AUTOCURADO CON OPCION DE POLIPOLIMERIZACION, COLOR Y POLVO LIQUIDO, EL POLVO CONTIENE UNO DE FLUOROSILICATO DE BARIO Y ALUMINO ISOPROPILICOS, TRIFLUORURO DE ITERBIO, INICIAADORES Y PIGMENTOS, EL LIQUIDO CONTIENE DIMETACRILATOS, INICIAADORES, ESTABILIZADORES Y ADITIVO, CALA CON 30 G DE POLVO Y 8 G DE LIQUIDO	ESTUCHE	68					
69	060.066.0930	25404555	2541000370	060.066.0930	DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL, ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO CON PH QUE ASIGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS, PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMÁTICA, Y/O LAVADORA ULTRASONICA.	ENVASE CON 1 A 3 LITROS	60					
70	060.066.0880	25404552	2541000370	060.066.0880	SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRIO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO, FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO.	ENVASE CON 6 FRASCOS	70					
71	060.189.0015	25408757	2541000238	060.189.0015	CEPILLOS DENTAL PARA ADULTO CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6,12 100% VIRGEN O POLIÉSTER PAT. 100% VIRGEN DE PLUNTAS REPOÑEADAS EN 4 HILERAS CABEZA CORTA CONSISTENCIA MEDIANA CON MASAJEADOR DE GOMA QUE ESTIMULA LAS ENCIAS, PIEZA	PIEZA	23750					



CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS					CARACTERÍSTICAS OFERTADAS				EVALUACION (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)				
No. PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	CLAVE CUICOP	CODIGO CABMSDF	CLAVE INTERNA	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO O NUM. DE REFERENCIA	EVALUACION (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
16. AVISO DE FUNCIONAMIENTO					REFERENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES HIPERVINCULO								
17. CADUCIDAD Y DESVIOS DE CALIDAD					REFERENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES HIPERVINCULO								
1. EL OPERENTE DEBERA PRESENTAR CARTA FIRMA SU REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO.					REFERENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES HIPERVINCULO								
1. EL OPERENTE DEBERA PRESENTAR CARTA FIRMA SU REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO.					REFERENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES HIPERVINCULO								

NOMBRE DEL OPERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA  
 R.F. DEL OPERENTE



Av. Insurgentes Norte 423, Piso 21, Nonoalco-Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México, 55 51321200 ext. 1373

*[Handwritten signature]*